



**HENDRIX**  
HEALTHCARE LLP

## Hendrix Healthcare LLP

18, Floor 1, 5/7, Kalbadevi Chamber,  
Dadi Seth Agiary Lane, Kalbadevi,  
Mumbai - 400002

Email: hendrix.healthcare@gmail.com  
Number: +91 8928305281

### CERTIFICATE OF ANALYSIS

**Product Name:** EURO-MASK, Medical Mask-3 PLY

Required Standard: EN 14683:2014

SR. NO.	TEST	SPECIFICATION	RESULTS
1	TYPE	2 PLY OR 3 PLY	3 PLY
2	CHECK FOR INTREGITY	ALL LAYERS STITCHED TOGETHER. NO TEAR AND NO GAPS	PASS
3	OUTER LAYER	PP SPUNDBOND, 25 GSM $\pm$ 5 %	PASS
4	FILTER LAYER	MELTBLOWN, 25 GSM $\pm$ 5 %	PASS
5	INNER LAYER	PP SPUNDBOND, 25 GSM $\pm$ 5 %	PASS
6	WIDTH	180 MM $\pm$ 5 MM	PASS
7	HEIGHT	95 MM $\pm$ 5 MM	PASS
8	WEIGHT	3GM $\pm$ 5 %	PASS
9	BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY (BEF)	99.7	PASS
10	BREATHABILITY	< 49.0	PASS
11	FLUID RESISTANCE	> 160 mm Hg	PASS


Batch No.: HEN/27

Report No.: 65

No. of Samples: 10 pcs

Date of Mfg.: 28/09/2020

Date of Expiry: 27/09/2025



**ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ**  
**DECLARATION OF CONFORMITY**

№ 4

Виробник (назва, адреса) ХЕНДРІКС ХЕЛСКЕР ЛЛП  
18, 1 Поверх, 5/7, Калбадеві Чембер, Даді Сетх Агіарі Лейн,  
Калбадеві, Мумбаї - 400002, Індія, тел.: +91 8928305281, email:  
hendrix.healthcare@gmail.com

Manufacturer (name, address) HENDRIX HEALTHCARE LLP  
18, Floor 1, 5/7, Kalbadevi Chamber, Dadi Seth Agiary Lane, Kalbadevi,  
Mumbai - 400002, India, phone: +91 8928305281, email:  
hendrix.healthcare@gmail.com

Назва медичного виробу ЄВРО-МАСКА Маска медична тришарова  
Name of the medical device EURO-MASK Medical Mask 3-PLY

Уповноважений представник в ТОВ «Конарк Інтелмед»  
Україні Україна 61033, м. Харків, вул. Шевченка, 315, тел.: (057)714-38-  
02(03), Ajay.Kumar@konark.com.ua

Authorized representative in KONARK INTELMEDE LLC  
Ukraine 61033, Kharkiv, Shevchenka str., 315, phone.: (057)714-38-  
02(03), Ajay.Kumar@konark.com.ua

Класифікація Клас I (Процедура самодекларування, додаток 8, відповідно до  
Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого  
Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013  
року

Classification Class I (Self-declaration procedure, Annex 8, according to the Technical  
Regulation on Medical Devices, approved by the Resolution of the  
Cabinet of Ministers of Ukraine №753 of October 2, 2013).

Додаткова інформація CE Сертифікат: CE/016491/0320  
Additional information CE Certificate: CE/016491/0320  
Орган, що видав: КЯС (Контроль Якості Сертифікації)  
Authority that issued: QCC (Quality Control Certification)  
Дата видачі: 23.03.2020  
Date of issue: 23.03.2020  
Термін дії: 22.03.2023  
Expiry date: 22.03.2023


Місце складання  
(Place of issue)

Харків

Дата підпису 28.09.2020  
(Date of signing)

Назва посади, ПІБ  
(Position, Name)

Директор Аджай Кумар



Підпис уповноваженої особи  
(Signature of Authorized person)

**БЛАНК КОМПАНІЇ  
СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ**

Назва продукту: **ЄВРО-МАСКА** Маска медична тришарова

Необхідний стандарт: EN 14683:2014

№	ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1	ТИП	2 АБО 3 ШАРОВІ	3 ШАРОВІ
2	ПЕРЕВІРКА ЦІЛНОСТІ	ВСІ ШАРИ ЗШИТІ НЕ РОЗТЕРТІ БЕЗ РОЗРИВІВ	ВІДПОВІДАЄ
3	ЗОВНІШНІЙ ШАР	PP СПАНДБОНД, 25 GSM $\pm$ 5%	ВІДПОВІДАЄ
4	ШАР ФІЛЬТРУ	МЕЛЬТЬБЛАУН, 25 GSM $\pm$ 5%	ВІДПОВІДАЄ
5	ВНУТРІШНІЙ ШАР	PP СПАНДБОНД, 25 GSM $\pm$ 5%	ВІДПОВІДАЄ
6	ШИРИНА	180 ММ $\pm$ 5ММ	ВІДПОВІДАЄ
7	ВИСОТА	95 ММ $\pm$ 5ММ	ВІДПОВІДАЄ
8	ВАГА	3 Г $\pm$ 5%	ВІДПОВІДАЄ
9	ЕФЕКТИВНІСТЬ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ (ЕБФ)	99,7	ВІДПОВІДАЄ
10	ПОВІТРОПРОВІДНІСТЬ	< 49,0	ВІДПОВІДАЄ
11	СТІЙКІСТЬ ДО РІДИНИ	> 160 mmhg	ВІДПОВІДАЄ


Серія № НЕН/27


Звіт № 65

К-ТЬ зразків 10

Дата вироб : 28/09/2020

Термін придатн. : 27/09/2025





**HENDRIX**  
HEALTHCARE LLP

## Hendrix Healthcare LLP

18, Floor 1, 5/7, Kalbadevi Chamber,  
Dadi Seth Agiary Lane, Kalbadevi,  
Mumbai - 400002  
Email: hendrix.healthcare@gmail.com  
Number: +91 8928305281

### CERTIFICATE OF ANALYSIS

**Product Name:** EURO-MASK, Medical Mask-3 PLY

**Required Standard:** EN 14683:2014

SR. NO.	TEST	SPECIFICATION	RESULTS
1	TYPE	2 PLY OR 3 PLY	3 PLY
2	CHECK FOR INTREGITY	ALL LAYERS STITCHED TOGETHER. NO TEAR AND NO GAPS	PASS
3	OUTER LAYER	PP SPUNDBOND, 25 GSM $\pm$ 5 %	PASS
4	FILTER LAYER	MELTBLOWN, 25 GSM $\pm$ 5 %	PASS
5	INNER LAYER	PP SPUNDBOND, 25 GSM $\pm$ 5 %	PASS
6	WIDTH	180 MM $\pm$ 5 MM	PASS
7	HEIGHT	95 MM $\pm$ 5 MM	PASS
8	WEIGHT	3GM $\pm$ 5 %	PASS
9	BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY (BEF)	99.7	PASS
10	BREATHABILITY	< 49.0	PASS
11	FLUID RESISTANCE	> 160 mm Hg	PASS


Batch No.: HEN/27

Report No.: 65

No. of Samples: 10 pcs

Date of Mfg.: 28/09/2020

Date of Expiry: 27/09/2025



**БЛАНК КОМПАНІЇ  
СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ**

Назва продукту: **ЄВРО-МАСКА** Маска медична тришарова

Необхідний стандарт: EN 14683:2014

№	ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1	ТИП	2 АБО 3 ШАРОВІ	3 ШАРОВІ
2	ПЕРЕВІРКА ЦІЛНОСТІ	ВСІ ШАРИ ЗШИТІ НЕ РОЗТЕРТІ БЕЗ РОЗРИВІВ	ВІДПОВІДАЄ
3	ЗОВНІШНІЙ ШАР	PP СПАНДБОНД, 25 GSM $\pm$ 5%	ВІДПОВІДАЄ
4	ШАР ФІЛЬТРУ	МЕЛЬТБЛАУН, 25 GSM $\pm$ 5%	ВІДПОВІДАЄ
5	ВНУТРІШНІЙ ШАР	PP СПАНДБОНД, 25 GSM $\pm$ 5%	ВІДПОВІДАЄ
6	ШИРИНА	180 ММ $\pm$ 5ММ	ВІДПОВІДАЄ
7	ВИСОТА	95 ММ $\pm$ 5ММ	ВІДПОВІДАЄ
8	ВАГА	3 Г $\pm$ 5%	ВІДПОВІДАЄ
9	ЕФЕКТИВНІСТЬ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ (ЕБФ)	99,7	ВІДПОВІДАЄ
10	ПОВІТРОПРОВІДНІСТЬ	< 49,0	ВІДПОВІДАЄ
11	СТІЙКІСТЬ ДО РІДИНИ	> 160 mmhg	ВІДПОВІДАЄ

Серія № НЕН/27

Звіт № 65

К-ТЬ зразків 10

Дата вироб : 28/09/2020

Термін придатн. : 27/09/2025

