

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
Сертифікат аналізу
(ГОТОВОГО ПРОДУКТУ)

Дата: 11/10/2022

Назва продукту	БОРОСАН		
Виробнича Ліцензія №	732-AYU		
Серія №	2622091	Аналітичний звіт №	2022-23/QCD/FG/00223
Дата виробництва	09/2022	Розмір упаковки	Туба (25г) упакована в картонну упаковку
Термін придатності	08/2025	Дата взяття на аналіз	04/10/2022
Розмір серії	250 кг	Кількість зразків	30 туб

№ п/п	Випробування	Стандарти	Результати
1	Опис	Біла, напівтверда маса	Відповідає
2	pH	5,0-8,0	7,40
3	Діапазон плавлення	47-67 °C	53,5 °C
4	Середня вага нетто	22,75-27,25 г	24,930 г
5	Однорідність змісту	±9%	Відповідає

Мікробіологічний аналіз

П/п	Випробування	Стандарти	Результати
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	Не більше 100000 КУО/г	730 КУО/г
2	Загальні кількість грибів	Не більше 1000 КУО/г	Менш ніж 10 КУО/г

Випробування на патогенні мікроорганізми

1	E. Coli	Відсутні/г	Відсутні
2	Salmonella spp.	Відсутні/г	Відсутні
3	P. aeruginosa	Відсутні/г	Відсутні
4	S. aureus	Відсутні/г	Відсутні
5	Enterobacteriaceae	Відсутні/г	Відсутні

ПРИМІТКА: На думку особи, що нижче підписалась, зразок, зазначений вище, відповідає стандарту якості, як це визначено у внутрішній специфікації.

[Підпис]

Підготовано

[Підпис]

Перевірено

[Підпис]

Затверджено

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігананагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532, Е-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.;; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа