

Паспорт якості № В 29-01/025 від 18.01.2024

Засіб гігієнічно-профілактичний
“ПЕРЕКИС ВОДНЮ”
розчин 200 мл

Найменування оператора ринку, відповідального за розміщення продукції на ринку та прийняття претензій, місцезнаходження: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1

Найменування оператора ринку, відповідального за контроль якості та якості продукції, місцезнаходження: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1

Найменування виробника, адреса потужностей виробництва: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90.

Номер партії: 170124

Розмір партії: 4125 флаконів

Дата виготовлення: 01.2024

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення

Склад: вода очищена, перекис водню 3%, натрію бензоат

Умови зберігання: в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 до 25 °С. Випробування з якості проведені згідно НД-К-025-001.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина	Відповідає
Запах	Характерний специфічний	Відповідає
Колір	Безбарвна рідина	Відповідає
Об'єм споживчої упаковки, мл	200	Відповідає
Середній об'єм, мл	не менше за номінальний	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, умов, од.	3,0-7,5	Відповідає
Масова частка перекису водню, %, у межах	2,5 - 3,5	Відповідає
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³ , не більше	1000	Відповідає
Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³ , не більше	100	Відповідає
Значення межі допустимого відхилення від номінального значення, мл, не більше	4,5	Відповідає

Примітка. При утворенні осаду або помутнінні, засіб необхідно збовтати.

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин 200 мл, партії 170124 відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "ЗАСОБИ ГІГІЄНИЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ РІДКІ".

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Уповноважена особа з якості ТОВ «БЕРКАНА+»



В. В. Скалій

Умови транспортування: поводитись з обережністю, транспортувати у вертикальному положенні, берестись від вологи

