

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
ФЛУ-АЦИЛ РИНО СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ 30 мл

Номер партії: 2314413

Дата виробництва: 30/05/2023

Використати до: 05/2025

Загальна кількість в партії: 23808,00 упак.

Параметр	Результати	Ліміти	Методи
Зовнішній вигляд	Відповідає	Прозорий, безбарвний розчин	MI01
Густина	1,05 г/мл	0,95-1,05 г/мл	MI 02
pH	6,94	6,6-7,4	MI 03
Вага нетто	30,4590 г	30,000 (+3%) г	MI 14
Загальна кількість бактерій (ТАМС)	<10 КУО/г	<10 ² КУО/г	Ph. Eur. 2.6.12
Дріжджі та пліснява (ТУМС)	<10 КУО/г	<10 КУО/г	Ph. Eur. 2.6.12
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Відсутні в 1г	Відсутність в 1г	Ph. Eur. 2.6.13
<i>Staphylococcus aur.</i>	Відсутні в 1г	Відсутність в 1г	Ph. Eur. 2.6.13
Тіт. N-Ацетилцистеїн	6,52%	5,4-6,6 %	TMC 166 вер. 01 30/09/2019
Тіт. Хлориди	3,1%	2,7-3,3 %	UNI EN ISO 10304-1:2009
Осмолярність	1896 мОсм/кг	1665-2035 мОсм/кг	Ph. Eur.
Змінні дані (партія, термін придат. і т.д)	Відповідає	Змінні дані відповідають даним випуску партії	MI 14
Функціональний контроль (тобто тест на герметичність, перекидання втрат)	Відповідає	Всі одиниці вибірки повинні пройти функціональний тест	MI 08
Відповідність пакувальних матеріалів їх специфікаціям	Відповідає	Див. звіт про відповідність	н.а
Відповідає вимогам Угоди про якість	Відповідає	Див. звіт випуску партії	н.а

Затверджую,

28/06/2023

Генеральний директор
П'єтро Пеззіні
підпис/штамп