



Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD

Add: No. 668 Chanhua Road, Yi'nan Industrial Area, Yiwu City, CHINA.
Tel: 0086-579-85581308 Fax: 0086-579-85582308

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Найменування продукту: Стерильний хірургічний пластир на нетканій основі «Леопед»

Розмір : 9см x 10см
Серія : 20230603
Дата виробництва : 2023.06
Термін придатності : 2028.05
Тип клейкого слою : гіпоалергенний й на основі акрилу
Матеріал : пориста, еластична не тканинна основа

Ми підтверджуємо, що вищевказаний продукт протестований, проінспектовано і відповідає своїм характеристикам. Результати проведених аналізів наступні:

Метод контролю	Єдиниця визмерення	Стандарт	Метод
Вага клеючої речовини	г/м ²	мін.35	YY0148
Вага носія	г/м ²	мін.50	YY0148
Межа міцності	гф/см	мін.200	YY0148
Вага подушечки	г/м ²	мін.71	YY0148
Міцність на розтяг	%	мін. 2.0	YY0148
Передача водних парів у клейовій речовині	г/м ²	мін.500	YY/T0471.1
Поглинання	%	мін.300	YY/T0471.1

Метод стерилізації: з використанням оксид етилену
EN 552: 1995

Кількість в упаковці : 25 пластирів

Кількість у коробі : 80 уп.

** Зберігати в сухому місці при температурі від 5⁰С до 30⁰С

Хан Чанг Минг
R&D і адміністрація контролю якості



Дата: 01.06.2023