

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з наукової роботи
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»

Віолетта ДЕМЧЕНКО

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "30" 12 2024 року

№ 2024/04/5647

Об'єкт експертизи: Зубна щітка дитяча, ультра м'яка (2-5 р); Зубна щітка дитяча м'яка (6-8 р); Зубна щітка універсальна середньої жорсткості; Зубна щітка універсальна середньої жорсткості тм GREENWICH

виготовлений у відповідності із нормативними документами виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 9603

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, за призначенням, оптова та роздрібна торгівля, в тому числі через аптечні мережі

Країна походження, країна виробник: Компанія «GREENWICH PRODUCTS CO., LTD.», FLAT RM A 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART RD WANCHAI HONG KONG (Китай)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «САНДЕРС ЛОФТ», Україна, Академіка Павлова, 88, м. Харків, 61038, код за ЄДРПОУ 41364731

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень запаху – не більше 1 балу, відновлювальні домішки - не більше 1,0 см³, органічні домішки - не більше 0,3, зміна рН – не більше $\pm 1,0$; ДКМ формальдегіду – 0,1 мг/л; подразнююча та сенсibilізуюча дія відсутня згідно з ДСТУ EN ISO 10993-10:2022 (EN ISO 10993-10:2013, IDT; ISO 10993-10:2010, IDT) Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 10. Випробування на подразнення та сенсibilізацію шкіри.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні, зберіганні, транспортуванні необхідно дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами експертизи: Зубна щітка дитяча, ультра м'яка (2-5 р); Зубна щітка дитяча м'яка (6-8 р); Зубна щітка універсальна середньої жорсткості; Зубна щітка універсальна середньої жорсткості тм GREENWICH відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: один рік.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець
д-р. біолог. наук


(підпис)

Ольга ЛЕОНЕНКО
(ім'я та прізвище)