

**Сертифікат випуску - Україна**  
**Форма**

Ідентифікатор документа: ФОРМА-106629

Вер.: 01

Пов'язаний документ: WI-002863,  
WI-003193

**Сертифікат випуску**

<b>Виробник</b>	ЛайфСкан Скотланд Лімітед (Lifescan Scotland Limited)	
<b>Продукт</b>	Тест смужки OneTouch Select	
<b>Номер партії готової продукції</b>	5678768	
<b>Внутрішній номер готового продукту</b>	02257604	AA
<b>Конфігурація упаковки і маркування для країни постачання</b>	OTU смужки 2x25 UA (LE)	
<b>Дата виробництва</b>	02 квітня 2023	
<b>Придатний до</b>	2024/12	
<b>Кількість упаковок</b>	10966	
<b>Статус упаковки</b>	Повне пакування	
<b>Код калібрування</b>	25	
<b>Інформація про контрольний розчин</b>	117 - 158 мг/дл 313-424 мг/дл	6.5-8.8 ммоль/л 17.4-23.5 ммоль/л

<b>Рівень глюкози</b>	<b>В межах точності крові</b>	<b>Різниця середніх значень</b>
<b>Рівень 1</b>	1,16 SDB < 3,5 мг/дл	-1,59 від -6,8 до 5,2 мг/дл
	Не застосовується SDB від 3,5 до 3,75 мг/дл	Не застосовується від -6,3 до 4,7 мг/дл
	Не застосовується SDB від 3,75 до 4,5 мг/дл	Не застосовується від -4,3 до 2,7 мг/дл
<b>Рівень 2</b>	1,48 SD%B < 5,5 %	-0,99 від -7,5 до 4,5 %
<b>Рівень 3</b>	1,30 SD%B < 5,5 %	1,41 від -4,2 до 5,8 %
<b>Рівень 4</b>	1,46 SD%B < 5,5 %	2,33 від -2,8 до 7,2 %
<b>Рівень 5</b>	1,49 SD%B < 5,5 %	4,02 від -1,7 до 10,3 %
<b>Рівень 6</b>	1,42 SD%B < 5,05 %	2,50 від -4,6 до 9,4 %
	Не застосовується SD%B від 5,05 до 5,5 %	Не застосовується від -3,6 до 8,4 %
<b>В межах точності партії (крім рівня 1)</b>	1,47 SD%B < 5,05 %	Не застосовується

Затверджено  
(Ім'я та Підпис)

Підпис

Відділ забезпечення якості

Визначена партія №/конфігурація упаковки виготовлена відповідно до вимог НВІ та відповідає усім критеріям випуску.

