



Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ

Сертификат безопасности и качества  
Декларация производителя  
Прокладки фиксирующие для зубных протезов верхней челюсти  
**ПРОТЕФИКС**  
Арт. 22000

№ серии: 00518040

Годен до: 04.2024

Параметр анализа	Спецификация	Результат
Внешний вид	Полотно кремово-белого цвета, RAL № 9001/9010	соответствует
Запах	Напоминающий запах веществ аминогруппы	соответствует
Толщина слоя	слева: 0,45 – 0,65 мм справа: 0,45 – 0,65 мм	0,53 мм 0,53 мм
Вес прокладки для верхней челюсти	0,52 – 0,68 г/прокладку	0,64 г/прокладку
Подлинность натрия альгината	Преципитат / окрашивание	соответствует
Разделение полотно / слой	Разделение через 4 минуты	соответствует
Микробиологическая чистота (каждая 5-я серия)	Евр. Фармак. , 5.1.4, категория 3А	соответствует

Серия № 00518040 продукта Прокладки фиксирующие для зубных протезов верхней челюсти ПРОТЕФИКС была проанализирована и выпущена нашим Отделом проверки качества. Результаты соответствуют параметрам Спецификации.

Дата: 14.09.2020



Ф. Жероминский  
Квалифицированный человек

*Бланк от 09.14.2020*

Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ

Сертификат безопасности и качества  
Декларация производителя  
Прокладки фиксирующие для зубных протезов верхней челюсти  
**ПРОТЕФИКС**  
Арт. 22000

№ серии: 00748090

Годен до: 09.2024

Параметр анализа	Спецификация	Результат
Внешний вид	Полотно кремово-белого цвета, RAL № 9001/9010	соответствует
Запах	Напоминающий запах веществ аминокруппы	соответствует
Толщина слоя	слева: 0,45 – 0,64 мм справа: 0,45 – 0,64 мм	0,52 мм 0,51 мм
Вес прокладки для верхней челюсти	0,52 – 0,68 г/прокладку	0,56 г/прокладку
Подлинность натрия альгината	Преципитат / окрашивание	соответствует
Разделение полотно / слой	Разделение через 4 минуты	соответствует
Микробиологическая чистота (каждая серия)	Евр. Фармак. , 5.1.4, категория 3А	соответствует

Серия № 00748090 продукта Прокладки фиксирующие для зубных протезов верхней челюсти ПРОТЕФИКС была проанализирована и выпущена нашим Отделом проверки качества. Результаты соответствуют параметрам Спецификации.

Дата: 12.02.21

Ф. Еромински  
Сотрудник отдела обеспечения  
качества

Вх ам № 2526 05 26 03 21