

Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ

Сертификат анализа
Прокладки фиксирующие для зубных протезов нижней челюсти
ПРОТЕФИКС
Арт. 22100

№ серии: 12748110

Годен до: 11.2024

Параметр анализа	Спецификация	Результат
Внешний вид	Полотно кремово-белого цвета, RAL № 9001/9010	соответствует
Запах	Напоминающий запах веществ аминогруппы	соответствует
Толщина слоя	0,45 – 0,64 мм	0,51 мм
Вес прокладки для нижней челюсти	0,27 – 0,36 г/прокладку	0,31 г/прокладку
Адгезивные свойства прокладки для нижней челюсти	30 – 70 N	46 N
Содержание натрия альгината	25,0 – 31,0 г/100 г полотна	29,9 г/100 г полотна
Подлинность натрия альгината	Преципитат / окрашивание	соответствует
Разделение полотно / слой	Разделение через 4 минуты	соответствует
Микробиологическая чистота (каждая серия)	Евр. Фармак. , 5.1.4, категория 3А	соответствует

Серия № 12748110 продукта Прокладки фиксирующие для зубных протезов нижней челюсти ПРОТЕФИКС была проанализирована и выпущена нашим Отделом проверки качества. Результаты соответствуют параметрам Спецификации. Сертификат изготовлен электронным способом. Подпись действительна.

Дата: 12.02.2021

Ф. Еромински
Сотрудник отдела обеспечения качества

Вх амн / 1813 от 05.03.21