



Товариство з обмеженою відповідальністю
"Екобінт"

Україна 49000, м. Дніпро
вул. Академіка Белелобського, 14
тел. (056)731-91-11
www.ecobint.com.ua

Сертифікат якості № 2021-03/30

Вата медична гігієнічна гігроскопічна стерильна ролик 50 г (г)

ТМ "Angelmed"

ТУ У 17.5-34588794-002:2010 "Вата медична гігроскопічна"

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/27843*

Дата виготовлення:	2021-03	Партія №	010321
Кількість виробів у партії: 17 100 од.			

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: Призначена для застосування в медичній практиці.

ТРАНСПОРТУВАННЯ: Вироби можуть транспортуватися будь-яким транспортом, у відповідності з вимогами та правилами перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Вироби в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатись в закритих чистих приміщеннях, захищених від попадання прямого сонячного проміння, при температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості до 80% і за відсутності в повітрі агресивних домішок.

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ: 5 років від дати виготовлення.

ВИПРОБУВАННЯ

Показники якості	Норми згідно ТУ	Результати випробувань
Склад	ТУ У 17.5-34588794-002:2010	Бавовна
Маса, г	50 ± 9%	49,0
Довжина, мм	Не більше 90,0	85,0
Діаметр, мм	Не більше 60,0	56,0
Якість виробів	Вата уявляє собою масу добре прочесаних бавовняних волокон (сформованих у ролик), що зберігають зв'язок між собою але слабо переплетені в різних напрямках та легко розшаровуються у вигляді паралельних слоїв довільної товщини без сторонніх домішок, скіпочок, голочок, деревини та ін.	Відповідає
Колір	Повинен відповідати кольору використаної сировини	Відповідає
Запах	Повинен відповідати запаху використаної сировини. Сторони запахи не допускаються.	Відповідає
Масова частка щільних нерозчесаних скупчень волокон-вузликів, %	Не більше 5,0	Відповідає ¹
Масова частка коротких волокон (менше 5 мм) та бавовняного пилу, %	Не більше 0,20	Відповідає ¹
Засміченість, %	Не більше 0,70	Відповідає ¹
Вміст сторонніх домішок: голочок, скіпочок та ін.	Не дозволено	Відповідає ¹
Масова частка жирових та воскоподібних речовин, %	Не більше 0,50	Відповідає ¹
Вологість, %	Не більше 8,0	Відповідає ¹
Поглиняльна здатність, г	Не менше 19	Відповідає ¹
Капілярність, мм	Не менше 67	Відповідає ¹
Реакція водної витяжки	Повинна бути нейтральною	Відповідає ¹
Масова частка хлористих солей, %	Не більше 0,04	Відповідає ¹



Показники якості	Норми згідно ТУ	Результати випробувань
Масова частка сірчаноокислих солей, %	Не більше 0,04	Відповідає ¹
Масова частка кальцієвих солей, %	Не більше 0,06	Відповідає ¹
Ступінь білини, %	Не менше 51%	Відповідає ¹
Стерильність	ТУ У 17.5-34588794-002:2010	Відповідає ¹
Герметичність споживчої тари	ТУ У 17.5-34588794-002:2010	Відповідає
Маркування	ТУ У 17.5-34588794-002:2010	Відповідає
Пакування	ТУ У 17.5-34588794-002:2010	Відповідає

¹ - за результатами контролю акредитованої лабораторії

ВИСНОВОК: Вата медична гігієнічна гігроскопічна стерильна ролик 50 г (г) ТМ "Angelmed
відповідає ТУ У 17.5-34588794-002:2010 "Вата медична гігроскопічна"

Заступник директора з якості



Капустіна Т.М.

Показники якості	Норми згідно ТУ	Результати випробувань
Масова частка сірчаноокислих солей, %	Не більше 0,04	Відповідає'
Масова частка кальцієвих солей, %	Не більше 0,06	Відповідає'
Ступінь білинн, %	Не менше 51%	Відповідає'
Стерильність	ТУ У 17.5-34-888794-002:2010	Відповідає'
Герметичність споживчої тари	ТУ У 17.5-34-888794-002:2010	Відповідає
Маркування	ТУ У 17.5-34-888794-002:2010	Відповідає
Пакування	ТУ У 17.5-34-888794-002:2010	Відповідає

' - за результатами контролю акредитованої лабораторії

ВИСНОВОК: Вага медична гігієнічна гіроскопічна стерильна ролик 50 г (г) ТМ "Angelmed" відповідає ТУ У 17.5-34-888794-002:2010 "Вага медична гіроскопічна"

Інженер-технолог

Немировська Ю В



ЕКОБИНТТовариство з обмеженою відповідальністю
"Екобинт"
Україна 49038, м. Дніпро
вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. (056)731-91-11
www.ecobint.com.ua**Сертифікат якості № 2020-12/39****Вата медична гігієнічна гіроскопічна стерильна ролик 50 г (г)****ТМ "Angelmed"**

ТУ У 17.5-34588794-002:2010 "Вата медична гіроскопічна"

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/2539*

Дата виготовлення:	2020-12	Партія №	011220
Кількість виробів у партії: 14 500 од.			

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: Призначена для застосування в медичній практиці.
ТРАНСПОРТУВАННЯ: Вироби можуть транспортуватися будь-яким транспортом, у відповідності з вимогами та правилами перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Вироби в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатись в закритих чистих приміщеннях, захищених від попадання прямого сонячного проміння, при температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості до 80% і за відсутності в повітрі агресивних домішок.
ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ: 5 років від дати виготовлення.

ВИПРОБУВАННЯ

Показники якості	Норми згідно ТУ	Результати випробувань
Склад	ТУ У 17.5-34588794-002:2010	Бавовна
Маса, г	50 ± 9%	49,0
Довжина, мм	Не більше 90,0	85,0
Діаметр, мм	Не більше 60,0	56,0
Якість виробів	Вата уявляє собою масу добре прочесаних бавовняних волокон (сформованих у ролик), що зберігають зв'язок між собою але слабо переплетені в різних напрямках та легко розширюються у вигляді паралельних слоїв довільної товщини без сторонніх домішок, скіпочок, голочок, деревини та ін.	Відповідає
Колір	Повинен відповідати кольору використаної сировини	Відповідає
Запах	Повинен відповідати запаху використаної сировини. Сторонні запахи не допускаються.	Відповідає
Масова частка щільних нерозчесаних судучень волокон-вузликів, %	Не більше 5,0	Відповідає
Масова частка коротких волокон (менше 5 мм) та бавовняного пилу, %	Не більше 0,20	Відповідає
Засміченість, %	Не більше 0,70	Відповідає
Вміст сторонніх домішок: голочок, скіпочок та ін.	Не дозволено	Відповідає
Масова частка жирових та воскоподібних речовин, %	Не більше 0,50	Відповідає
Вологість, %	Не більше 8,0	Відповідає
Поглядальна здатність, г	Не менше 19	Відповідає
Капілярність, мм	Не менше 67	Відповідає
Реакція водної витяжки	Повинна бути нейтральною	Відповідає
Масова частка хлористих солей, %	Не більше 0,04	Відповідає





Товариство з обмеженою відповідальністю
"Екобінт"

Україна 49000, м. Дніпро
вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. (056)731-91-11
www.ecobint.com.ua

Сертифікат якості № 2021-06/97

Вата медична гігієнічна гігроскопічна стерильна ролик 50 г (г)

ТМ "Angelmed"

ТУ У 17.5-34588794-002:2010 "Вата медична гігроскопічна"

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/8437*

Дата виготовлення:	2021-06	Партія №	030621
Кількість виробів у партії: 14700 од.			

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: Призначена для застосування в медичній практиці.

ТРАНСПОРТУВАННЯ: Вироби можуть транспортуватися будь-яким транспортом, у відповідності з вимогами та правилами перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Вироби в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатись в закритих чистих приміщеннях, захищених від попадання прямого сонячного проміння, при температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості до 80% і за відсутності в повітрі агресивних домішок.

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ: 5 років від дати виготовлення.

ВИПРОБУВАННЯ

Показники якості	Норми згідно ТУ	Результати випробувань
Склад	ТУ У 17.5-34588794-002:2010	Бавовна
Маса, g(г)	50 ± 9%	50.0
Довжина, mm(мм)	Не більше 90,0	85.0
Діаметр, mm(мм)	Не більше 60,0	56.0
Якість виробів	Вата уявляє собою масу добре прочесаних бавовняних волокон (сформованих у ролик), що зберігають зв'язок між собою але слабо переплетені в різних напрямках та легко розшаровуються у вигляді паралельних слоїв довільної товщини без сторонніх домішок, скіпочок, голочок, деревини та ін.	Відповідає
Колір	Повинен відповідати кольору використаної сировини	Відповідає
Запах	Повинен відповідати запаху використаної сировини. Сторонні запахи не допускаються.	Відповідає
Масова частка щільних нерозчесаних скупчень волокон-вузликів, %	Не більше 5,0	Відповідає ¹
Масова частка коротких волокон (менше 5 мм) та бавовняного пилу, %	Не більше 0,20	Відповідає ¹
Засміченість, %	Не більше 0,70	Відповідає ¹
Вміст сторонніх домішок: голочок, скіпочок та ін.	Не дозволено	Відповідає ¹
Масова частка жирових та воскоподібних речовин, %	Не більше 0,50	Відповідає ¹
Вологість, %	Не більше 8,0	Відповідає ¹
Поглиняльна здатність, г	Не менше 19	Відповідає ¹
Капілярність, мм	Не менше 67	Відповідає ¹
Реакція водної витяжки	Повинна бути нейтральною	Відповідає ¹
Масова частка хлористих солей, %	Не більше 0,04	Відповідає ¹



Показники якості	Норми згідно ТУ	Результати випробувань
Масова частка сірчаноокислих солей, %	Не більше 0,04	Відповідає ¹
Масова частка кальцієвих солей, %	Не більше 0,06	Відповідає ¹
Ступінь білини, %	Не менше 51%	Відповідає ¹
Стерильність	ТУ У 17.5-34588794-002:2010	Відповідає ¹
Герметичність споживчої тари	ТУ У 17.5-34588794-002:2010	Відповідає
Маркування	ТУ У 17.5-34588794-002:2010	Відповідає
Пакування	ТУ У 17.5-34588794-002:2010	Відповідає

¹ - за результатами контролю акредитованої лабораторії

ВИСНОВОК: Вата медична гігієнічна гігроскопічна стерильна ролик 50 g (г) 1М "Angelmed" відповідає ТУ У 17.5-34588794-002:2010 "Вата медична гігроскопічна"

Заступник директора з якості



Калушчина І.М.