

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 002/04-2021 від 02.04.2021р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі 19 mm × 72 mm № 10 «ANGELMED»
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202104456
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	55750 шт
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2021-04
ВИКОРИСТАТИ ДО	2026-04
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	---

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.3.2.2; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні вклучення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm ± 5%	72 mm	Відповідає
	Ширина 19 mm ± 5%	19 mm	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає


ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі 19 mm × 72 mm № 10 «ANGELMED» партії AM202104456, дата виготовлення квітень 2021р, відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 02.04.2021р

Керівник системи управління якістю

Кучеренко Д.Г.



Юридична адреса: Україна, 04199, м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139
Р/р26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.



ТОВ «АРГОПЛАСТ»
 Україна, 04119, м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139
 Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 006/06-2021 від 17.06.2021р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі 19 mm × 72 mm № 10 «ANGELMED»
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202106456
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	72000 шт
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2021-06
ВИКОРИСТАТИ ДО	2026-06
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	---


Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.3.2.2; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm ± 5%	72 mm	Відповідає
	Ширина 19 mm ± 5%	19 mm	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі 19 mm × 72 mm № 10 «ANGELMED» партії AM202106456, дата виготовлення червень 2021р, відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 17.06.2021р

Керівник системи управління якістю



Кучеренко Д.Р.



ТОВ «АРГОПЛАСТ»
Україна, 04119, м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 008/07-2021 від 08.07.2021р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі 19 mm × 72 mm № 10 «ANGELMED»
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202107456
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	72200 шт
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2021-07
ВИКОРИСТАТИ ДО	2026-07
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	---

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.3.2.2; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm ± 5%	72 mm	Відповідає
	Ширина 19 mm ± 5%	19 mm	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає


ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі 19 mm × 72 mm № 10 «ANGELMED» партії AM202107456, дата виготовлення липень 2021р, відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 08.07.2021р

Керівник системи управління якістю

Кучеренко Д.Г.



Юридична адреса: Україна, 04199, м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139
Р/р26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.



ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139

Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 034/08-2021 від 25.08.2021р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі 19 mm × 72 mm № 10 «ANGELMED»
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202108456
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	51000 шт
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2021-08
ВИКОРИСТАТИ ДО	2026-08
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	---

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.3.2.2; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm ± 5%	72 mm	Відповідає
	Ширина 19 mm ± 5%	19 mm	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі 19 mm × 72 mm № 10 «ANGELMED» партії AM202108456, дата виготовлення серпень 2021р, відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 25.08.2021р

Керівник системи управління якістю

Кучеренко Д.Г.



Юридична адреса: Україна, 04199, м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139
Р/р26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.



ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139

Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 012/12-2021 від 20.12.2021р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі 19 mm × 72 mm № 10 «ANGELMED»
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202112456
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	18750 шт
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2021-12
ВИКОРИСТАТИ ДО	2026-12
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	---

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.3.2.2; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm ± 5%	72 mm	Відповідає
	Ширина 19 mm ± 5%	19 mm	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі 19 mm × 72 mm № 10 «ANGELMED» партії AM202112456, дата виготовлення грудень 2021р, відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 20.12.2021р



Керівник системи управління якістю

Кучеренко Д.Г.

Юридична адреса: Україна, 04199, м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139
Р/р26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.

ТОВ «АРГОПЛАСТ»
 Україна, 04119, м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139
 Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 001/06-2023 від 01.06.2023р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі 19 mm × 72 mm № 10 «ANGELMED»
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202306456
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	19000 шт
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2023-06
ВИКОРИСТАТИ ДО	2028-06
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	---

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.3.2.2; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm ± 5% Ширина 19 mm ± 5%	72 mm 19 mm	Відповідає Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C
ВИСНОВОК: Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі 19 mm × 72 mm № 10 «ANGELMED» партії AM202306456, дата виготовлення червень 2023р. відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.
ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 01.06.2023р

Керівник системи управління якістю



ТОВ «АРГОПЛАСТ»
 Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
 Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/07-2023 від 03.07.2023р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі 19 mm × 72 mm № 10 «ANGELMED»
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202307456
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	113000 шт
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2023-07
ВИКОРИСТАТИ ДО	2028-07
ВІДПОВІДНІСТЬ	TU У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС
 Пластир являє собою стрічку тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з гампоном

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.3.2.2; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm ± 5% Ширина 19 mm ± 5%	72 mm 19 mm	Відповідає Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5 С до +30 С
ВИСНОВОК: Пластир медичний бактерицидний на тканинній основі 19 mm × 72 mm № 10 «ANGELMED» партії AM202307456, дата виготовлення липень 2023р, відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 03.07.2023р

Керівник системи управління якістю



Юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
 Р/р26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРНОУ 40101305.

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 036/08-2021 від 27.08.2021р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластр медичний бактерицидний на тканинній основі 19 mm × 72 mm № 10 «ANGELMED»
НОМЕР ПАРТІЇ	AM300821456
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	80000 шт
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2021-08
ВИКОРИСТАТИ ДО	2026-08
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластр являє собою стрічку тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластрна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	---

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.3.2.2; п.6.5	На поверхні пластру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні вclusions	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm ± 5%	72 mm	Відповідає
	Ширина 19 mm ± 5%	19 mm	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластр медичний бактерицидний на тканинній основі 19 mm × 72 mm № 10 «ANGELMED» партії AM300821456, дата виготовлення серпень 2021 року відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 27.08.2021р

Керівник системи управління якістю



Кучеренко Д.Г.



Юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
P/r26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк». МФО 351005 ЄДРПОУ 40101305

ТОВ «АРГОПЛАСТ»
Україна, 04119 м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139
Тел.:+38-067-825-43-51 E-mail: argo_plast@ukr.net

№ 14/07-2022/1
від «14» липня 2022р.

**ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
ВИРОБІВ МЕДИЧНИХ**

Ми, виробник:

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРГОПЛАСТ»
юридична адреса: вул. Зоологічна, 4-А, оф.139, м. Київ, Україна, 04119
адреса та місцезнаходження виробництва:
пр-т Леся Курбаса, 2-Б, м. Київ, Україна, 03148,
вул. Київська, буд. 63, с. Святопетрівське, Бучанський р-н, Київська
область, 08141
тел.: +38-067-825-43-51; e-mail: argo_plast@ukr.net
(найменування, місцезнаходження виробника)

підтверджуємо, що продукція:

пластирі медичні
(згідно з додатком 1)

що випускаються згідно з **ТУ У 21.2-40101305-001:2016**
клас потенційного ризику застосування І,
(повне найменування медичного виробу, тип, марка, модель,
клас потенційного ризику застосування, код УКТ ЗЕД (для імпортової
продукції))

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753
за процедурами, встановленими Додатком 3 зазначеного вище Технічного
регламенту.

Застосовні гармонізовані стандарти: ДСТУ EN ISO 13485:2018, ДСТУ EN ISO 14971:2015, ДСТУ EN ISO 10993-1:2015, ДСТУ EN ISO 10993-5:2015, ДСТУ EN ISO 10993-9:2015, ДСТУ ISO 10993-10:2004, ДСТУ EN ISO 10993-12:2015, ДСТУ EN ISO 10993-13:2015, ДСТУ EN ISO 14155:2015, ДСТУ EN ISO 15223-1:2018, ДСТУ EN 1041:2019

Технічна документація на медичні вироби розроблена, впроваджена та
зберігається у виробника



Юридична адреса: Україна, 04199, м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139
г/р 26003053004562 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842, ЄДРПОУ 40101305.



ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119 м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139

Тел.:+38-067-825-43-51 E-mail: argo_plast@ukr.net

Сертифікат на систему управління якістю згідно вимогам ДСТУ EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016) № UA.C.522-22, зареєстрований «14» липня 2022р., чинний до «13» липня 2025 р., виданий органом сертифікації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», вул. Метрологічна, 4, м. Київ, Україна, 03143

Сертифікат на систему управління якістю згідно вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018 № UA.C.521-22, зареєстрований «14» липня 2022р., чинний до «13» липня 2025 р., виданий органом сертифікації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», вул. Метрологічна, 4, м. Київ, Україна, 03143

Відповідальність за достовірність наданої інформації несе виробник.
Місце складання декларації: пр-т Леся Курбаса, 2-Б, м. Київ, Україна, 03148
Дата складання декларації: «14» липня 2022 р.

Термін дії декларації до «13» липня 2025 р.

Директор ТОВ «АРГОПЛАСТ»



С.О. Пугіна



Додаток 1
до декларації про відповідність виробів медичних
Від 14.07.2022 р. за № 14/07-2022/1__

№ з/п	Назва виробу українською мовою
1.	Пластир медичний на шовковій основі 1 cm × 250 cm «ANGELMED»
2.	Пластир медичний на тканинній основі 1 cm × 500 cm «ANGELMED»
3.	Пластир медичний на тканинній основі 2 cm × 500 cm «ANGELMED»
4.	Пластир медичний на тканинній основі 3 cm × 500 cm «ANGELMED»
5.	Пластир медичний на нетканій основі 2,5 cm × 500 cm «ANGELMED»
6.	Пластир медичний на полімерній основі 2,5 cm × 500 cm «ANGELMED»

Директор ТОВ «АРГОПЛАСТ»



С.О.Пугіна