

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139

Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@nkr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 018/10-2023 від 20.10.2023р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній основі 2 см (см) x 500 см (см) "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202310011
КОЛІВСТІ В ПАРТІЇ	10369 шт
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2023-10
ВИКОРИСТАТИ ДО	2028-10
ВІДПОВІДІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001 :2016

ОПИС	Пластир являє собою намотану на шпуль стрічку тканини з рівномірним нанесенням пластирної маси на одну сторону
-------------	--

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.3.2.2; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 500 см (см) ± 5 %	500 см (см)	Відповідає
	Ширина 2 см (см) ± 3,5 мм (мм)	2 см (см)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; 11.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5 °С до +30 °С

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній основі 2 см (см) x 500 см (см) "ANGELMED" партії AM202310011, дата виготовлення жовтень 2023р, відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 20.10.2023р

/керівник системи управління якістю



Юридична адреса: Україна, 04199, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Р/р 26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.