

JIANG SU NAN FANG MEDICAL CO., LTD.
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластири медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва		Fabric plaster «H Dr. House» Пластир медичний тканий «H Dr. House»		Specification Розміри	7,2cmx 2,5cm; 4cmx10cm	
Order No./Заказ №		LXC200603		Lot No./Серія №	200603	
Quantity Кількість		600 000 pcs 600 000 шт		Test Date Дата перевірки	2020.08.20	
Check Standard Стандарт перевірки		Su Chang machinery equipment 20152641305		Date of report Дата звіту	2020.08.20	
Дата виробництва		2020-07		Термін придатності	2024.06	
Check result/Результат перевірки						
Serial No./ №	Item Tested Назва		Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Test(Mean) Дані перевірки (Середні)	Actual Result Результат
2.1	Appearance Зовнішній вигляд		--	Plaster should be smooth, clean, even smeared and no seeped, the pad should be in middle of the film Пластир має бути чистим, рівним, змащеним клеєм, подушечка має бути посередині стрічки	---	OK Відповідає
2.2	Basic Size Основн ий розмір	Backing Length Довжина	mm	72.0/100.0±3.0	72.0/100.0	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	mm	25.0/40.0/0±3.0	25.0/40.0	OK Відпові
2.3	Absorbed rate Показник абсорбції		--	> pad weight × 6 > вага подушки × 6	9.8	OK Відповідає
2.4	Peel strength Міцність на відрив		N/cm	≥1.0	2.6	OK Відпові
Test Conclusion: The product in conformity with the requirements of standard / Висновки перевірки – прод відповідає вимогам стандарту						

Інспектор (Inspector):

Рецензент (Review):

