

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластири медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Tape Pe «H Dr. House» Пластир медичний на полімерній основі «H Dr. House»	Specification Розміри	1,25cm×500cm 2,5cm×500cm
Order No./Заказ №	LXC201103	Lot No./Партія №	201103
Quantity Кількість	16 920Rolls 16 920 шт	Test Date Дата перевірки	2021.01.20
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20153029	Date of report Дата звіту	2021.01.20
Дата виготовлення	2020.11	Термін придатності	2025.10

Check result/Результат перевірки

Serial No./№	Item Tested Назва	Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Test(Mean) Результати перевірки (середні)	Actual Result Відповідність	
4.1	Appearance Зовнішній вигляд	--	The tape Should be clean, the back does not leak plastic, should be homogeneous, smooth, no stains, no holes, there is no point degumming Стрічка має бути чистою, зворотня сторона не пропускає клей, поверхня має бути гладкою, без плям, без отворів, без обезклеювання	--	OK Відповідає	
4.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	cm	≥495.0	500.9	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	cm	1.25/2.5.0±0.05	1.25/2.50	OK Відповідає
4.3	Glue content Вміст клею	g/m ²	≥20	37	OK Відповідає	
4.4	Peel strength Міцність на відрив	N/cm	≥1.0	3.5	OK Відповідає	

Test Conclusion: The product in conformity with the requirements of standard Su Chang machinery equipment 20153029/ Висновки перевірки – продукт відповідає вимогам стандарту

Інспектор (Inspector):

Рецензент (Review):

