



Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ (COA) Тестування Мультипанелі

Назва продукту	Мультипанель Dip 5	Компоненти	OPI/AMP/MET/MDMA/THC
Номер Лоту.	20210706MUL5	Термін придатності	2024/07/06
Кількість	3000 шт	Дата вир-ва	2021/07/06
Номер звіту	20210901AL014-2		

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

Див. вкладиш

Роз'яснення результатів перевірки

НЕГАТИВ

Дві кольорові лінії повинні спостерігатися у вікні. Лінія на тестувальній ділянці (Т) це лінія проби наркотичної речовини, та лінія на контрольній ділянці (С) це контрольна лінія.

ПОЗИТИВ

Виключення

Невиправності

ПРИМІТКА

Тільки одна кольорова лінія з'являється на контрольній ділянці (С) Відсутність тестувальної лінії на контрольній ділянці (Т) означає позитивний результат. Будь-які дуже слабкі лінії, які з'явилися на контрольній ділянці (Т). Слабкі лінії означають, що наркотична речовина у зразку знаходиться поблизу рівня зрізу тесту.

Якщо не з'явилося жодної лінії протягом 10 хвилин - тест невірний.

Результати з мультипанелі будуть подані до FDA для 5 ІО(К) вводу

Опис концентрації наркотичної речовини у нормальній сечі

-	Фон	0.0% від відмітки Об'єму у нормальній сечі	Негативний
-	Нижче відмітки	50 % від відмітки Об'єму у нормальній сечі	Негативний
+	Відмітка	100 % від відмітки Об'єму у нормальній сечі	Позитивний
+	Вище відмітки	150 % від відмітки Об'єму у нормальній сечі	Позитивний

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Аналіз	Гравіметричне значення(ng/ml)							Відмітка
	NC	-50%	-25%	С/Т	+25%	+50%	3x	
D-Амфетамін	0	475	735	980	1225	1470	2851	1000
D-Метамфетамін	0	471	727	970	1212	1455	2910	1000
Кокаїн	0	148	229	305	381	458	915	300
ТГК	0	25	38	51	64	76	154	50
Морфін	0	150	225	300	375	450	1000	300
Фенциклідн н	0	13	19	26	32	39	78	25
Оксазепам	0	153	236	315	394	473	909	300
Секобарбітал	0	144	223	297	371	446	881	300
Морфін	0	997	1495	1993	2491	2990	5980	2000
MDMA	0	250	375	500	625	750	1500	500
TCA	0	474	733	977	1221	1466	2918	1000

Результати тестування:

Аналіз	Відмітка (ng/ml)	CONCENTRATION OF DRUGS AT TEST LEVELS					Q.C. Результати Пройдено/ Відхилено
		НЕГАТИВНО	-50% Відмітки	Відмітка	+50% Відмітка	3x Відмітки	
OPI	2000	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	ПРОЙДЕНО
AMP	1000	5/5	5/5	4/5	5/5	5/5	ПРОЙДЕНО
MET	1000	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	ПРОЙДЕНО
MDMA	500	5/5	4/5	5/5	5/5	5/5	ПРОЙДЕНО
THC	50	5/5	5/5	4/5	5/5	5/5	ПРОЙДЕНО
EXPRES RESULTS	+	-	-	+	+	+	ПРОЙДЕНО

Висновок: **Пройдено** Conclusion: **Approved** specified for drug cut-off concentrations(s) in human urine by the NIDA and SAMHSA.

QA Manager: *Shen*

QA: *Wangshanshan* Check: *Zhou Yifan*

Всі специфікації відміток по концентрації у людській сечі згідно з Національним інститутом з питань зловживання наркотичними засобами та Управлінням служби лікування наркотичної залежності і психічних розладів.