



Товариство з обмеженою відповідальністю
"Екобінт"
Україна 49000 м. Дніпро
вул. Академіка Белелобського, 14
тел. (056)731-91-11
www.ecobint.com.ua

Сертифікат якості № 2022-06/04

Вата медична гігієнічна гігроскопічна нестерильна ролик 25 g (г)

ТМ "Angelmed"

ТУ У 17.5-34588794-002:2010 "Вата медична гігроскопічна"

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/8437*

Дата виготовлення:	2022-06	Партія №	010622
Кількість виробів у партії: 20 000 од.			

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: Призначена для застосування в медичній практиці.


ТРАНСПОРТУВАННЯ: Вироби можуть транспортуватися будь-яким транспортом, у відповідності з вимогами та правилами перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Вироби в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатись в закритих чистих приміщеннях, захищених від попадання прямого сонячного проміння, при температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості до 80% і за відсутності в повітрі агресивних домішок.

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ: 5 років від дати виготовлення.

ВИПРОБУВАННЯ

Показники якості	Норми згідно ТУ	Результати випробувань
Склад	ТУ У 17.5-34588794-002:2010	Бавовна
Маса, g(г)	25 ± 9%	25,0
Довжина, mm(мм)	Не більше 90,0	86,0
Діаметр, mm(мм)	Не більше 40,0	35,0
Якість виробів	Маса добре прочесаних бавовняних волокон (сформованих у ролик), що зберігають зв'язок між собою але слабо переплетених між собою в різних напрямках та що легко розшаровуються на паралельні шари довільної товщини.	Відповідає
Колір	Повинен відповідати кольору використаної сировини	Відповідає
Запах	Повинен відповідати запаху використаної сировини. Сторонні запахи не допускаються.	Відповідає
Масова частка щільних нерозчесаних скупчень волокон-вузликів, %	Не більше 5,0	Відповідає ¹
Масова частка коротких волокон (менше 5 мм) та хлопкового пилу, %	Не більше 0,20	Відповідає ¹
Засміченість, %	Не більше 0,70	Відповідає ¹
Вміст сторонніх домішок: голочок, скіпочок та ін.	Не дозволено	Відповідає ¹
Масова частка жирових та воскоподібних речовин, %	Не більше 0,50	Відповідає ¹
Вологість, %	Не більше 8,0	Відповідає ¹
Поглиняльна здатність, г	Не менше 19	Відповідає ¹
Капілярність, мм	Не менше 67	Відповідає ¹
Реакція водної витяжки	Повинна бути нейтральною	Відповідає ¹





Товариство з обмеженою відповідальністю
"Екобінт"
Україна 49000 м. Дніпро
вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. (056)731-91-11
www.ecobint.com.ua

Сертифікат якості № 2021-08/70

Вата медична гігієнічна гігроскопічна нестерильна ролик 25 g (г)

ТМ "Angelmed"

ТУ У 17.5-34588794-002:2010 "Вата медична гігроскопічна"

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/8437*

Дата виготовлення:	2021-08	Партія №	010821
Кількість виробів у партії: 8 600 од.			

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: Призначена для застосування в медичній практиці.

ТРАНСПОРТУВАННЯ: Вироби можуть транспортуватися будь-яким транспортом, у відповідності з вимогами та правилами перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Вироби в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатись в закритих чистих приміщеннях, захищених від попадання прямого сонячного проміння, при температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості до 80% і за відсутності в повітрі агресивних домішок.

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ: 5 років від дати виготовлення.

ВИПРОБУВАННЯ

Показники якості	Норми згідно ТУ	Результати випробувань
Склад	ТУ У 17.5-34588794-002:2010	Бавовна
Маса, g(г)	25 ± 9%	25,0
Довжина, mm(мм)	Не більше 90,0	86,0
Діаметр, mm(мм)	Не більше 40,0	35,0
Якість виробів	Маса добре прочесаних бавовняних волокон (сформованих у ролик), що зберігають зв'язок між собою але слабо переплетених між собою в різних напрямках та що легко розшаровуються на паралельні шари довільної товщини.	Відповідає
Колір	Повинен відповідати кольору використаної сировини	Відповідає
Запах	Повинен відповідати запаху використаної сировини. Сторонні запахи не допускаються.	Відповідає
Масова частка щільних нерозчесаних скупчень волокон-вузликів, %	Не більше 5,0	Відповідає ¹
Масова частка коротких волокон (менше 5 мм) та хлопкового пилу, %	Не більше 0,20	Відповідає ¹
Засміченість, %	Не більше 0,70	Відповідає ¹
Вміст сторонніх домішок: голочок, скіпочок та ін.	Не дозволено	Відповідає ¹
Масова частка жирових та воскоподібних речовин, %	Не більше 0,50	Відповідає ¹
Вологість, %	Не більше 8,0	Відповідає ¹
Поглинальна здатність, г	Не менше 19	Відповідає ¹
Капілярність, мм	Не менше 67	Відповідає ¹
Реакція водної витяжки	Повинна бути нейтральною	Відповідає ¹



Показники якості	Норми згідно ТУ	Результати випробувань
Масова частка хлористих солей, %	Не більше 0,04	Відповідає ¹
Масова частка сірчаноокислих солей, %	Не більше 0,04	Відповідає ¹
Масова частка кальцієвих солей, %	Не більше 0,06	Відповідає ¹
Ступінь білини, %	Не менше 66%	Відповідає ¹
Герметичність споживчої тари	ТУ У 17.5-34588794-002:2010	Відповідає
Маркування	ТУ У 17.5-34588794-002:2010	Відповідає
Пакування	ТУ У 17.5-34588794-002:2010	Відповідає

¹ - за результатами контролю акредитованої лабораторії

ВИСНОВОК: Вата медична гігієнічна гігроскопічна нестерильна 25g (г) ТМ "Angelmed" відповідає ТУ У 17.5-34588794-002:2010 "Вата медична гігроскопічна"

Заступник директора з якості



Капустіна Т.М.