

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аріадна»

Юридична адреса: Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-Г, оф. 7
 Поштова адреса: 84122, Донецька обл. м. Слов'янськ, а/с 91
 Код ЄДРПОУ 31858432, ІПН 318584305222
 Тел./факс (06262) 2-94-33
 Електронна пошта: ariadna@vata.in.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2

Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна 100 г (г)
 (зигзагоподібна тасьма або зиг-заг)


Виробник:	ТОВ «Аріадна»
Номер партії	02 baby
Кількість виробів у партії	10200
Дата виготовлення	2021-07
Термін придатності	2031-07
Виготовлено згідно з	ТУ У 17.5-31858432-002:2005

№ п/п	Найменування показників	Вимоги ТУ У 17.5-31858432-002:2005	Результати випробувань
1.	Перевірка якості вати	Вата повинна бути добре прочесана, зберігати зв'язок між волокнами і легко розшаровуватись на паралельні шари довільної товщини	Відповідає
2.	Сировина/матеріал	100% бавовна	Відповідає
3.	Засміченість, % не більше	3,0	Відповідає
4.	Вологість, % не більше	8,0	Відповідає
5.	Здатність поглинання, г, не менше	19	Відповідає
6.	Капілярність, мм, не менше	67	Відповідає
7.	Реакція водної витяжки	нейтральна	Відповідає
8.	Ступінь білизни, % не менше: для нестерильної вати	66	Відповідає
9.	Запах	не допускається	Відповідає
10.	Розміри упакованої вати: довжина, мм:	235-265	Відповідає
	Висота, мм	40-60	Відповідає
	Ширина, мм	80-100	Відповідає
11.	Маса вати, г	95-105	Відповідає
12.	Маркування, пакування	Згідно з ТУ У 17.5-31858432-002:2005	Відповідає

Висновок: Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна 100 г (г) відповідає вимогам ТУ У 17.5-31858432-002:2005

Дата видачі сертифікату: 16.07.2021

Фахівець із сертифікації, стандартизації та якості _____



Пінькас Т.Д.